



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relatii clienți: 0374168303
- email: office@ces.nt.ro
- website: www.myria.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE Nr. 2016/BP425

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, in calitate de importator al brand-ului Myria, confirmam ca produsele:

| Tip Produs | Brand | Model |
|-------------|-------|--------|
| Tensiometru | Myria | MY4810 |
| Tensiometru | Myria | MY4811 |

sunt conforme cu Directivele:

93/42/EEC – Echipamente medicale

2011/65/EU – RoHS

si standardele Europene:

| Categorie | Tip Produs | Standarde aplicate |
|----------------------|-------------|---|
| Echipamente medicale | Tensiometru | EN 60601-1-2 EN 60601-1:2006 +A1:2013 +A12:2014 +AC:2014 EN 60601-1-11:2015 IEC 80601-2-30:2013 |
| RoHs | Tensiometru | EN 62321 |

Aparatul poarta marcajul CE₀₁₉₇ respectand toate standardele UE.

Prezenta declaratie a fost completata in baza Declaratiei de Conformitate emisa de catre Producator.

Locul si data emiterii declaratiei Bucuresti, 05-11-2016

Cristian Camara
Director General

Bucuresti
05-11-2016

